

**△ 注意** モデル表面に印刷物などが直接触れないよう  
にしてください。  
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

**△ Caution** Do not let ink from pens, newspapers, product  
manual or other sources contact the manikin.  
Ink marks on the manikin will be irremovable.

MW52

## 女性導尿・浣腸シミュレータⅡ Female Catheterization/Enema Simulator II



### 目 次 / Contents



- 日本語取扱説明書 ..... P.1 ~ P.20
- English manual ..... P.21 ~ P.40

**△注意** モデル表面に印刷物などが直接触れないよう  
にしてください。  
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

MW52

# 女性導尿・浣腸シミュレータⅡ

## 取扱説明書

### 目 次

●はじめに	P.1
●製品の特長とご使用上の注意	
●ご使用の前に	P.2
セット内容	
●実習の準備（導尿・浣腸）	P.3～P.6
●実習にあたって	
実習手順・ご注意（導尿）	P.7
実習のご注意（導尿・浣腸）	P.8
●後片付け	P.9～P.13
●消耗品の交換	P.14～P.18
性器部皮膚・尿道口部・弁の交換	
●故障かな？と思ったら	P.19
●ご注意	P.20



株式  
会社 京都科学

## ● はじめに

このたびは、当社の「女性導尿・浣腸シミュレータ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、導尿・浣腸手技上達を目的としたシミュレーションモデルです。医学・看護教育の実習教材としてご使用ください。

### 必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また、取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

### 特 長

- 清拭から排尿の確認までの基本的な導尿手技や側臥位による浣腸手技が実習できます。
- 外性器の形状、尿道や膀胱を解剖学的に正確に再現しています。
- カテーテルを正しく挿入することで水(模擬尿)の排出が確認できます。また、膀胱部が透明なため、バルーンカテーテルの挿入や留置の際、位置の確認も可能です。
- 実際の体位に近い状況での実習・膀胱圧迫の実習が可能です。

### ⚠ 注意

#### ● 取り扱いにご注意ください。

軟質・硬質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。また各部品の脱着の際、無理な負荷がかかりますと破損しますので十分ご注意ください。

#### ● 中性洗剤又はアルコールで拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で、汚れが落ちにくい場合はアルコールで拭き、ベビーパウダーを塗布しておいてください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

#### ● 印刷物をモデル表面におかないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。  
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

#### ● ボールペンやサインペンで書き込まないでください。

サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

#### ● 高温多湿を避けて保管してください。


使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。  
変形や故障の原因となります。

#### ● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。

## セット内容と各部の名称

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。



- a. 腰部モデル本体 ..... 1台
- b. 性器部（女性器）ユニット ..... 1式
- c. 弁 ..... 3点  
(1点は性器部ユニットに組み込み、2点は付属品)
- d. イルリガートル ..... 1点
- e. 潤滑剤（オリーブ油） ..... 1点
- f. 浣腸用直腸部 ..... 1点  
(固定用クリップ大付)
- g. チューブ\*  
(給水用1本・排水用2本) ..... 計3本

※3本のチューブのうち、導尿用の給水用と排水用チューブ（各1本）には、それぞれチューブコック1点が付属しており、浣腸用排水用チューブにはチューブコックはついていません。

## 性器部ユニット各部名称

消耗品  
一覧

コード番号	部品名
11381-300	導尿用交換弁（男女共通）6個組
11433-010	性器部皮膚Ⅲ（女性用）1枚
11433-020	尿道口部Ⅲ（女性用）2個組
11381-800	潤滑剤（男女共通）1点



11381-300



11433-020




11381-800



11433-010

## 1 給水用・排水用チューブの接続


1. 腹部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。腹部モデル本体の大腿部を少し外側に開けるようにして隙間をつくり、手を差し入れて腹部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。





取り外した性器部ユニット



膀胱部の後側にチューブの接続部が2箇所あります。



2. 膀胱部に排水・給水用チューブ(各1本)を取り付けます。2本のチューブはどちらもチューブコックのついているチューブを選び、チューブコックの位置を交互にします。



## ① 給水用・排水用チューブの接続

3. 1本はチューブコックが膀胱部から遠い側(給水用)のチューブを接続します。




4. 1本はチューブコックが膀胱部に近い側(排水用)のチューブを接続します。



5. 浣腸用直腸部に排水チューブ(チューブコックのついていないチューブ)を接続します。

**注意** 排水チューブを接続する時は、片方の手で直腸部を持って行ってください。



6. 性器部ユニットに取り付けた3本のチューブをまとめて腰部モデル本体に通して、本体に性器部ユニットをはめ込みます。




本体部のセットは完了です。



### ② イルリガートルの接続および水の注入

1. 3本のチューブのうち、給水用チューブ(チューブコックが接続側に近いチューブ)をイルリガートルに差し込んでください。

(導尿実習を行う場合)




2. 導尿・浣腸の手技に応じて必要となる排水用チューブ(導尿用、浣腸用)を排液用のバケツに入れてください。





3. イルリガートルに水を注入する前に、給水用チューブのチューブコックをしっかりと閉じてください。

(導尿実習を行う場合)



排水用チューブのチューブコックは開いた状態にしておきます。




## ② イルリガートルの接続および水の注入

4. 水（模擬尿）400mLをディスポカップなどの適当な容器に入れ、イルリガートルに注入し、蓋をして点滴スタンドに吊るします。

（導尿実習を行う場合）



5. 給水用チューブのチューブコックを開くと膀胱に水が給水されます。



6. これで準備終了です。



## 1 導尿実習の手順・ご注意

### 1. 尿道口の消毒

尿道口の消毒実習は消毒薬の代わりとして水をご使用ください。

### 2. 潤滑剤をカテーテルに塗布

トレー等に付属の潤滑剤を少量たらし、カテーテルの先端約5cmを目安に塗布します。必ず指定（付属）の潤滑剤をお使いください。



シミュレータに使用するカテーテルは、手技の技術指導書等に基づき標準的なサイズを想定しており、14～16Frを推奨しています。16Frよりも太いカテーテルを使用しますと、弁の消耗が通常よりも早くなりますのでご注意ください。

ゼリー状の潤滑剤は内部で乾燥凝固して残留する事があります。また水溶性ゼリーの場合は膀胱内でゼリーの潤滑性が奪われます。ゼリー状の潤滑剤はカテーテルの抜去時に弁に負担を掛け（弁の消耗が早くなりますので使用しないでください）

### 3. カテーテル挿入時のポイント


尿道口から約5cm カテーテルを挿入すると水（模擬尿）が排出されます。

膀胱留置をする場合は、さらに2cm挿入してからバルーン内に滅菌精製水を注入してください。



この製品は陰唇の中に指を入れることは想定されていません。陰唇を広げすぎたり、誤った使い方をすると性器部皮膚が破損する恐れがあります。

写真のように陰唇の外側に指を置いて使用してください。



### 4. カテーテルの抜去

膀胱留置カテーテルを引き抜く前には、バルーンに入れた滅菌蒸留水をしっかりと抜いてください。不十分だと弁が破損する事があります。





導尿カテーテルを挿入すると水（尿）はカテーテルより流出しますが、一度カテーテルを抜いて、次に実習を行う場合はその都度、膀胱内の水を追加します。膀胱内の水が少ないとカテーテルを挿入しても水は出ません。

膀胱内への水の注入は、給水用チューブのチューブコックを開けた状態でイルリガートルに水を入れ、膀胱から水が排水ホース側にあふれる状態になるまで水を入れてから、実習を行ってください。


## 2 膀胱圧迫実習の注意事項

膀胱圧迫による残尿確認実習の際は、給水用・排水用チューブ両方のチューブコックを閉じてください。



排水チューブのチューブコックを閉じる

イルリガートル側のチューブのチューブコックを閉じる



## 3 浣腸実習時の注意事項

左側臥位で実施してください。



注意

.....


浣腸液のチューブを挿入するときには必ず潤滑剤を十分に塗布してください。不十分だと挿入が困難になります。チューブに潤滑剤を塗布する際、潤滑剤は付属のものをご使用願います。

チューブを 7cm 以上挿入すると、直腸前壁にあたり、挿入できないようになっています。



## 1 使用した水の排出

- 給水用チューブにあるチューブコックを閉じてください。イルリガートルと排水用チューブに水が残っている場合は廃棄してください。イルリガートルから給水用チューブを取り外してください。




- 腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。




- 浣腸用直腸部を取り外します。(浣腸用直腸部が取り付けられている場合)

直腸取付け部のクリップをはずし、膀胱部下部にあるフックから浣腸用直腸部をはずし、性器部ユニットに接続していた直腸部をチューブごと取り外します。次に浣腸用直腸部から排水チューブを取り外します。浣腸実習を行った場合は、それぞれ洗浄した後、充分に乾燥させてください。



.....


チューブのチューブコックは、必ず開いた状態にして保管してください。




## ② 膀胱部及びチューブ内の水の排出

1. 性器部ユニットの構成部品を取り外します。


(ア) 性器部ユニットは性器部カセットと膀胱部カセットがツメ形状の接合部品で固定されていますので、取り外す時は性器部カセットを指で持ち上げて接合部分をはずします。



(イ) 次に性器部カセットの端を持ち上げ隙間をつくり、性器部皮膚ごと膀胱部カセットを持ち、手前に引くようにして性器部カセットから取り外します。



(ウ) 膀胱部カセットより性器部皮膚を取り外します。




2. 膀胱部を膀胱部カセットより取り出し、2本のチューブをはずし、尿道口部も弁から取り外します。作業は膀胱部に残った水がこぼれる可能性がありますので、洗面台など水が廃棄できる場所で行ってください。



### ③ 保管のための構成部品の取り付け

1. 実習後は弁の尿道口部接続部分に付着した潤滑剤を中性洗剤等で洗い流し、乾いた布等でしっかりと水分を拭き取ってください。



2. 弁に尿道口部を差し込み、取り付け後膀胱部を膀胱部カセットにセットします。



尿道口部の取り付けの際は、上下方向に注意して取り付けてください。

3. 次に膀胱部カセットに性器部皮膚を取り付けます。


膀胱部カセット下部の穴に性器部皮膚下側の凸部を差し込み、膀胱部カセットに性器部皮膚を被せ、膀胱部カセット上部の2か所の穴に、性器部皮膚上側の2か所の凸部をはめ込みます。



### ③ 保管のための構成部品の取り付け

5. 性器部カセットを取り付けます。

- (ア) 性器部カセット下部のツメ部分に膀胱部カセットをひっかけ前方に押し込みます。



(イ) 性器部皮膚の上部を性器部カセットにはめ込む時は、両手人差し指で性器部皮膚の段差部を中側に押し込むようにしながらはめ込むと、スムーズに行えます。



- (ウ) 皮膚がはまつたら、性器部カセットのエッジを前方に押すようにすると、カセット同士が固定されます。




※ (ウ)の操作でうまくできない場合は、裏側からツメ部を指で押さえ、もう一方の手で性器部カセットのエッジを手前に引き込むようにするとツメがはまりカセット同士が固定されます。



### ③ 保管のための構成部品の取り付け


6. 浣腸用直腸部を性器部ユニットの写真の位置に差し込み、膀胱部カセット下部にある固定具に直腸部をひっかけ固定します。



注意

直腸部の取り付けは、取付け部を片手で支えて行ってください。


直腸部を取り付ける場合、直腸のクランク部分の角度と膀胱部カセット下部の取り付け用フックの角度が合う位置で取り付けてください。



7. 浣腸用直腸部を取り付け後、取付部にクリップをはめ固定します。





8. 性器部ユニットを腰部モデル本体に取り付けます。




## 1 構成部品の取り外し

- 腰部モデル本体の大腿部を外側に開けるようにして隙間をつくり、手を差し入れて腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。




- 直腸取付け部のクリップをずらし、膀胱部下部にあるフックから浣腸用直腸部をはずし、性器部ユニットに接続していた直腸部を取り外します。




直腸部の取り外しは、  
取付け部を片手で支えて  
行ってください。

- 性器部ユニットの構成品を取り外します。

(ア) 性器部カセットを指で持ち上げ、性器部カセットと膀胱部カセットの接合部をはずします。





(イ) 次に性器部カセットの端を持ち上げ隙間をつくり、片手で性器部皮膚ごと膀胱部カセットを持ち、手前に引くようにして性器部カセットから取り外します。



### ① 構成部品の取り外し

(ウ) 膀胱部カセットより性器部皮膚を取り外します。



4. 膀胱部カセットより膀胱部を取り出し、尿道口部を弁から取り外します。



性器部皮膚や尿道口部のみを交換される場合は、このタイミングで新しいものと交換し、P-17-18の手順に沿って部品をセットしてください。

5. 次に膀胱部から弁を反時計回りに回転させはずします。



### ② 弁の交換



1. 新しい弁に交換し、改めて弁を時計回りに回転させ膀胱部に取り付けます。



新しい弁に交換される場合は、黒いパッキンが弁側のネジ部に差し込まれていることを確認してください、弁を膀胱に取り付けてください。

## ③ 性器部皮膚と尿道口部の交換

1. 弁に新しい尿道口部を差し込みます。尿道口部を取り付けたら、膀胱部カセットにセットします。





尿道口部の取り付けの際は、上下方向に注意して取り付けてください。



2. 次に膀胱部カセットに性器部皮膚を取り付けます。


膀胱部カセット下部の穴に性器部皮膚下側の凸部を差し込み、膀胱部カセットに性器部皮膚を被せ、膀胱部カセット上部の2か所の穴に、性器部皮膚上側の2か所の凸部をはめ込みます。



### ④ 保管のための構成部品の取り付け

1. 性器部カセットを取り付けます。

- (ア) 性器部カセット下部のツメ部分に膀胱部カセットをひっかけ固定します。



(イ) 性器部皮膚の上部を性器部カセットにはめ込む時は、両手人差し指で性器部皮膚の段差部を中側に押し込むようにしながらはめ込むと、スムーズに行えます。



- (ウ) 皮膚がはまつたら、性器部カセットのエッジを前に押すようにすると、カセット同士が固定されます。



※(ウ)の操作でうまくできない場合は、裏側からツメ部を指で押さえ、もう一方の手で性器部カセットのエッジを手前に引き込むようになると、ツメがはまりカセット同士が固定されます。




#### ④ 保管のための構成部品の取り付け

2. 洗腸用直腸部を性器部ユニットの写真の位置に差し込み、膀胱部カセット下部にある 固定具に直腸部をひっかけ固定します。




.....  
直腸部の取り付けは、取付け部を片手で  
支えて行ってください。  
直腸部を取り付ける場合、直腸のクラ  
ンク部分の角度と膀胱部カセット下部  
の取り付け用フックの角度が合う位置で  
取り付けてください。



3. 洗腸用直腸部を取り付け後、取付部にクリップをはめ固定します。



4. 性器部ユニットを腰部モデル本体に取り付けます。



# 故障かな？ と思ったら

## 修理依頼前の確認

ご使用中にトラブルが発生した場合は、下の表にしたがって確認して下さい。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店もしくは(株)京都科学(TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071)までご連絡ください。

### 導尿

症 状	原 因	対策・対処
水が漏れる。	弁が消耗している。	新しい弁と交換してください。
	弁と膀胱部の接続が不十分。	弁と膀胱部や尿道部が確実に接続できているか確認し、セットし直してください。
	弁と尿道部の接続が不十分。	弁と尿道部を固定するクリップが正しい位置にはまっているか確認してください。
カテーテルを挿入しても水が出てこない。	膀胱部の水が少なくなっている。	水をイルリガートルに注入し、膀胱に水を溜めてください。
	給水・排水用チューブの両方のチューブコックが閉じている。	チューブコックを開いてください。
弁がすぐに消耗し使えなくなる。	指定外の潤滑剤を使っている。	指定した潤滑剤を使ってください。
	推奨サイズより太いカテーテルを使っている。	推奨サイズのカテーテルをご使用ください。 推奨サイズは14～16Frです。
カテーテルが引っ掛かる、うまく入らない。	モデル内部(尿道と内部部品)の潤滑剤が不足している。	カテーテルに追加で潤滑剤を塗布し挿入・抜去を数回繰り返してください。 このときカテーテルを左右に軽く回すとより挿入しやすくなります。

### 浣腸

症 状	原 因	対策・対処
グリセリン浣腸液のチューブが7cm以上挿入できる。		性器部ユニットと浣腸用直腸部が確実に接続されているか確認し、セットし直してください。
水が漏れる。	性器部ユニットと浣腸用直腸部との接続が不十分。	直腸接続部を固定するクリップが正しい位置にはまっているか確認してください。

# ご注意

下記の旧型導尿・浣腸シミュレータ用部品は流用できません

旧型女性導尿・浣腸シミュレータ（MW2B 11381-200）に使用していました  
下記の部品は、サイズや構造が異なるためそのままお使いいただく事ができ  
ません。

モデルの不具合、変形につながる恐れがありますのでご注意ください。


直腸固定用クリップ：サイズが小さくなりました



旧

新

性器部皮膚：柔らかくなり尿道口についていた陰唇が皮膚につきました



旧

新

尿道口：柔らかさと形状が変わりました



旧

新



モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。  
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。



### Caution

Do not let ink from pens, newspapers, product manual or other sources contact the manikin. Ink marks on the manikin will be irremovable.

- 本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。
- For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.



株式会社 京都科学

URL・<http://www.kyotokagaku.com> e-mail・[rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

#### ■ 本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寢小屋町15番地  
TEL:075-605-2510(直通)  
FAX:075-605-2519

#### ■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL:03-3817-8071(直通)  
FAX:03-3817-8075

#### ■ Main Office and Factory (World Wide)

KYOTO KAGAKU co.,LTD

WEB・[www.kyotogagaku.com](http://www.kyotogagaku.com)

E-MAIL・[rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

15 kitanecho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan  
TEL: +81-75-605-2510  
FAX: +81-75-605-2519

#### ■ North and South American regions:



**KKAmerica**  
Kyoto Kagaku America Inc.

WEB・[www.kkamerica-inc.com](http://www.kkamerica-inc.com)

E-MAIL・[info@kkamerica-inc.com](mailto:info@kkamerica-inc.com)

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA  
TEL: +1-310-325-8860  
(Toll-free in North America: 877-648-8195)  
FAX: +1-310-325-8867

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。

本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。

The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.

No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer.

Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions.

Please contact manufacturer with any discrepancies in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.